

## 蒸着装置のチャンバ更新

### ---- 困 り ご と ----

- ・ガラス製チャンバにヒビが入ってしまった
- ・ガラス製のチャンバーだと、工具などをぶつけて壊してしまう心配がある

Before

ガラス製のため破損の  
心配があった



シールパッキンが  
特注品で高価

After

★SUS製に変更して、  
シールパッキンも汎用品



シャッター付き  
視窓と照明  
を付けました

### ---- 解 決 ----

- ・チャンバ破損の心配がなくなりました
- 更にシール部パッキンも汎用品となり、コスト、入手性も改善されました
- 安心・安全に継続使用できる様になりました。