



排気系の更新

—— 困 り ご と ——

- ・経年使用で性能劣化したので更新したいが、海外製でサポートが不安。
- ・取付けフランジの規格が異なるため、日本製ポンプは直接つかない。
- ・インターロックも動作不安定で更新したいが、詳細がわからない。



—— 解 決 ——

- ・専用レデューサを製作し、当社製ポンプを取付けたので、サポートの不安は解消されました。
- ・インターロックはフロースイッチを交換して、安定動作を維持できるようになりました。
- ・交換後は真空排気時間も元どおりに改善されました。

※こちらのお客様は、こんなことも

同時に真空計も当社製に交換していただきました。

